



KODIERUNG UND ABRECHNUNG

PROZEDUREN-KODIERUNG VON ABBOTT

CRM IMPLANTATEN (OPS 2022)¹⁾

2022

BEZEICHNUNG	TYP**	MODELLNUMMER*	NEUIMPLANT*	WECHSEL*	WEITERE ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE OPS-KODES			
Allure™ RF	CRT-P	PM3222	5-377.41 & .40+	5-378.5b & .5a+	–			
Assurity MRI™	HSM	PM1272 / PM2272	5-377.1 / .30	5-378.51 / .52	5-377.h0	5-377.d	5-934.0	
SJM Confirm™	ER	DM2102	5-377.8	5-378.57	5-934.2			
Confirm Rx™	ER	DM3500	5-377.8	5-378.57	5-934.2	5-377.d		
Ellipse™ VR/ Ellipse™ DR	ICD	CD1377-36xx***/ CD2377-36xx	5-377.50 / .6	5-378.5c / .55	5-377.f0	5-377.f3	5-377.d	5-934.1
Endurity™	HSM	PM1162 / PM2162	5-377.1 / .30	5-378.51 / .52	5-934.0			
Endurity™ Core	HSM	PM1140 / PM2140 PM1152 / PM2152	5-377.1 / .30 5-377.1 / .30	5-378.51 / .52 5-378.51 / .52	5-934.0			
Endurity MRI™	HSM	PM1172 / PM2172	5-377.1 / .30	5-378.51 / .52	5-934.0			
Entrant™ VR/ Entrant™ DR	ICD	CDVRA300Q / CDDRA300Q	5-377.50 / .6	5-378.5c / .55	5-377.d	5-934.1		
Entrant™ HF	CRT-D	CDHFA300Q	5-377.71 & .70+	5-378.5f & .5e	5-377.f4	5-377.d	5-934.1	
Fortify™ Assura VR/ Fortify™ Assura DR	ICD	CD1359-40xx / CD2359-40xx	5-377.50 / .6	5-378.5c / .55	5-377.f0	5-377.f3	5-377.d	
Quadra Allure MP™ RF	CRT-P	PM3262	5-377.41 & .40+	5-378.5b & .5a+	5-377.h0	5-377.d		
Quadra Assura™	CRT-D	CD3367-40xx	5-377.71 & .70+	5-378.5f & .5e+	5-377.f0	5-377.f4	5-377.d	5-934.1
Quadra Assura MP™	CRT-D	CD3371-40xx	5-377.71 & .70+	5-378.5f & .5e+	5-377.f0	5-377.f4	5-377.d	5-934.1
Neutrino NxT™ VR/ Neutrino NxT™ DR	ICD	CDVRA600Q / CDDRA600Q	5-377.50 / .6	5-378.5c / .55	5-377.f0	5-377.d	5-394.1	
Neutrino NxT™ HF	CRT-D	CDHFA600Q	5-377.71 / .70+	5-378.5f & .5e	5-377.f0	5-377.f4	5-377.d	5-394.1
Unify Assura™	CRT-D	CD3361-40xx	5-377.71 & .70+	5-378.5f & .5e+	5-377.f0	5-377.d		
Unify Quadra™	CRT-D	CD3251-40xx	5-377.71 & .70+	5-378.5f & .5e+	5-377.f0	5-377.f4	5-377.d	

Erläuterungen zu den OPS-Kodes finden Sie auf der Folgeseite.

* Einkammer / Zweikammer ohne antitachykarde Stimulation / + mit & ohne Vorhofelektrode
Anmerkung: Kodes für 1-Kammer ICD-Geräte immer „ohne AV-sequentielle Stimulation“
Wechsel-Kodes immer ohne Änderung der Sonden.

** Typen: HSM = Herzschrittmacher, ICD = Defibrillator,
ER = Ereignisrekorder, CRT-D = Resynchronisationstherapie-Defibrillator,
CRT-P = Resynchronisationstherapie-Herzschrittmacher.

*** „xx“ steht für Variablen in der Modellnummer



KODIERUNG UND ABRECHNUNG

PROZEDUREN-KODIERUNG VON ABBOTT CRM IMPLANTATEN (OPS 2022)

2022

ERLÄUTERUNG DER OPS-KODES

5-377.h0: Verwendung von Herzschrittmachern mit zusätzlicher Messfunktion: Mit zusätzlicher Messfunktion für das Lungenwasser

5-377.d: Verwendung von Herzschrittmachern, Defibrillatoren oder Ereignis-Rekordern mit automatischem Fernüberwachungssystem

5-934.0: Verwendung von MRT-fähigem Material: Herzschrittmacher

5-934.1: Verwendung von MRT-fähigem Material: Defibrillator

5-934.2: Verwendung von MRT-fähigem Material: Ereignisrekorder

5-377.f0: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Messfunktion für das Lungenwasser

5-377.f3: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit zusätzlicher Funktion zum Monitoring der ST-Strecke

5-377.f4: Verwendung von Defibrillatoren mit zusätzlicher Mess- oder Stimulationsfunktion: Mit quadripolarer Stimulationsfunktion

Bei Fragen und Anregungen: reimbursement-germany@abbott.com
<https://www.cardiovascular.abbott/de/de/hcp/reimbursement.html>

Service: 01803 / 66 65 45, info-germany@sjm.de

Abbott Medical
Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn, Deutschland, Tel.: +49 6196 7711 0, abbott.de

Quelle:
D) https://www.bfarm.de/DE/Kodiersysteme/Services/Downloads/_node.html

Hinweis: Alle Angaben sind Empfehlungen von Abbott und beziehen sich ausschließlich auf von Abbott vertriebene Produkte und Therapien. Dieser Leitfaden erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die verwendeten Kodierbeispiele lassen keine allgemein gültigen Rückschlüsse auf deren Anwendung zu. Informationen über die Anwendung bestimmter Produkte und Therapien von Abbott finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung. Abbott übernimmt in diesem Zusammenhang keine Haftung.

Hierin enthaltene Informationen sind ausschließlich zur Veröffentlichung in Deutschland bestimmt.

™ Indicates a trademark of the Abbott group of companies.
©2022 Abbott. All rights reserved. MAT-2200073 vl.0